



## ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ  
ФАКУЛТЕТ

Број: 567/1-01

Датум: 25.5.2016.  
Н И Ш

Поштовани,

На основу питања потенцијалних понуђача везаних за **партију 3** (лабораторијски прибор од метала и дрвета), **партију 4** (пластични лабораторијски прибор-хемија), **партију 5** (специфични лабораторијски прибор од пластике и силикона), **партију 7** (ситни делови за HPLC), **партију 8** (кивете за спектрофотометар) и **партију 11** (пластични лабораторијски прибор-микробиологија), и на основу провере на тржишту, Комисија вас обавештава о **измени техничке спецификације** и доставља **одговоре на питања и појашњења техничке спецификације** у конкурсној документацији коју сте преузели за учешће на тендеру за сукцесивну набавку лабораторијског материјала за потребе вежби и истраживања Департамента за хемију и биологију коју је покренуо Природно-математички факултет у Нишу, број МД-04/016.

### Питања заинтересованих понуђача и одговори:

#### Партија 3:

##### *Ставка 13*

Питање: Да ли је прихватљиво понудити хватаљ ку са плутаном подлогом?

Одговор: Да, прихватљиво је понудити хватаљку са плутаном подлогом.

##### *Ставка 22*

Питање: Молимо вас за каталожки број и назив произвођача или неки детаљнији опис како треба да изгледа та посуда.

Одговор: Посуда од инкоса се може наћи код произвођача AEON, Witeg, Металац, LLG и других.

##### *Ставка 25*

Питање: Да ли је прихватљиво понудити статив на плочи уместо треножног?

Одговор: Због веће стабилности треножног статива, није прихватљиво понудити статив на плочи, већ је потребно понудити треног статив.

#### Партија 4:

##### *Ставка 4*

Питање: Да ли је прихватљиво понудити наставке од 1-5 ml?

Одговор: Прихватљиво је понудити наставке за аутоматске пипете од 1-5 ml.

##### *Ставка 8*

Питање: Молимо вас да наведете тип и промер епрувета за које вам треба сталак.

Одговор: Епрувете су димензија 16x160 mm.

##### *Ставка 9*

Питање: Молимо вас да наведете тип и промер епрувета за које вам треба сталак.

Одговор: Епрувете су димензија 16x160 mm.



Партија 5:

*Ставка 17*

Питање: Можете ли појаснити о каквој се пумпи ради или евентуално да дате каталожки број произвођача, чију сте до сада користили?

Питање: Да ли мислите на боцу испираницу по Dreschleru или на обичну пластичну вакуум пумпу? Ако не молимо вас за каталожки број и назив произвођача и детаљније техничке информације.

Одговор: У питању је боца испираница по Dreschleru.

*Ставка 22*

Питање: Да ли је прихватљиво понудити вакуум црево Ø10/20 mm?

Одговор: Није прихватљиво, потребно је понудити вакуум црево Ø10/25 mm, наведено у техничкој спецификацији.

Партија 7:

*Ставка 3*

Питање: Молим вас да ми потврдите на које syringe филтере се односи ставка 3? Наиме, у конкурсној документацији је наведено „cellulose, nylon“- па је питање да ли су потребни целулозни или најлон филтери?

Одговор: Техничка спецификација се мења и гласи

Ставка 3: филтери за узорке –Agilent, cellulose, size 0.2 µm, d 25 mm или одговарајуће; пак (100 ком); оквирна количина 1.

*Ставка 4*

Питање: Да ли су потребне само виалице (јер се каталожки број односи на то) или је потребно понудити виалице са септама и поклопцима, као у опису?

Одговор: Техничка спецификација се мења и гласи

Ставка 4: тамне стаклене виале са септама и поклопцима – Agilent, Amber screw top glass vial 2 ml или одговарајуће; пак (100 ком); оквирина количина 1.

Партија 8:

*Ставка 1*

Питање: Да ли је прихватљиво понудити кивете запремине од 3,5 ml?

Одговор: С обзиром да се исте кивете за спектрофотометар декларишу и као кивете од 3,5 ml и као кивете од 4 ml, прихватљиво је понудити и кивете од 3,5 ml.

*Ставка 2*

Питање: Да ли је прихватљиво понудити кивете запремине од 3,5 ml?

Одговор: С обзиром да се исте кивете за спектрофотометар декларишу и као кивете од 3,5 ml и као кивете од 4 ml, прихватљиво је понудити и кивете од 3,5 ml.

Партија 11:

*Ставка 5*

Питање: Молимо вас да наведете требају ли вам PCR-Clean и/или стерилни наставци са филтером.

Одговор: Потребни су PCR-Clean наставци за аутоматске пипете.

*Ставка 6*

Питање: Молимо вас да наведете требају ли вам PCR-Clean и/или стерилни наставци са филтером.

Одговор: Потребни су PCR-Clean наставци за аутоматске пипете.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш • Вишеградска 33 • Пош. факс 224  
Телефон - централа (018) 533-015; 226-310  
Деканат (018) 224-492; 533-014  
Телефакс (018) 533-014  
E-mail pmfinfo@pmf.ni.ac.rs  
www.pmf.ni.ac.rs



UNIVERSITY OF NIŠ  
FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS

18000 Niš • Višegradска 33 • P.O. Box 224  
Phone +381 18 533-015; 226-310  
Dean +381 18 224-492; 533-014  
Fax +381 18 533-014  
E-mail pmfinfo@pmf.ni.ac.rs  
www.pmf.ni.ac.rs

*Ставка 12*

Питање: Да ли је прихватљиво понудити стерилне петри шоље пречника Ø90mm?

Одговор: Није прихватљиво понудити стерилне петри шоље овог пречника, већ пречника Ø 100 mm.

*Ставка 16*

Питање: Да ли сте мислили на покровна стакла за микроскопију?

Питање: Да ли сте заправо мислили на кутије за чување плочица, препарата (у овом случају за 25 места), а ако нисте, молим вас да нам појасните на шта сте мислили?

Питање: Молим вас да наведете тип и димензије покровне пластике која вам треба.

Одговор: Покровна пластика за микроскопију су покровна стакла од пластике која се преваходно користе за атачмент и визуелизацију бактеријских биофилмова. Производ се на енглеском језику назива plastic coverslips. Неки од произвођача су Ted Pella Inc, Electron Microscopy Sciences. Каталожки број произвођача Ted Pella Inc је 2225-1, Plastic Cover Slips, 22x22x0,18 mm.

Имајући у виду да због наведених измена техничке спецификације може доћи до проблема у благовременом достављању конкурсне документације до рока који је наведен у конкурсној документацији (**31.05.2016. године**), Комисија за јавну набавку мале вредности бр. **МД-04/016** је одлучила да продужи рок за доставу конкурсне документације.

**Рок за доставу конкурсне документације се продужује до 01.06.2016. године.** Имајући у виду наведено благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Природно-математички факултет – Ниш, Вишеградска 33, најкасније **01.06.2016. године до 11 часова.**

**МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНЕ ИЗМЕНЕ И ПОЈАШЊЕЊА ТЕХНИЧЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ОБАВЕШТЕЊЕМ.**

За тендерску комисију

Зорица Стојановић Радић