



ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

Број: 615 | 1-01

Датум: 30.5.2016.
Н И Ш

Поштовани,

Потенцијални понуђач нам је поставио питање везано за поступак јавне набавке МД-04/016-набавка лабораторијског материјала за потребе Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.

Питање:

Молим одговоре на питања за Партију 2:

1. Ставка 2 - Да ли се може понудити 90x56 mm, 160 ml?
2. Ставка 3 - Да ли се може понудити 105x64 mm, 220 ml?
3. Ставка 4 - Да ли се може понудити 125x71 mm, 400 ml?
4. Ставка 8 - Да ли се може понудити ϕ 86 mm, 93 ml?
5. Ставка 9 - Да ли се може понудити 81x38 mm, 107 ml?
6. Ставка 10 - Да ли се може понудити 100x40 mm, 150 ml?
7. Ставка 11 - Ове димезије су за округло дно, може ли се то понудити?
8. Ставка 16 - Да ли се може понудити 98x40 mm или 1122x50 mm?

Одговор:

Обавештавамо вас да се морају поштовати одредбе дате у Конкурсној документацији.

У обавези сте да у вашој понуди доставите:

- Ставка 2: Порцулански аван са тучком, глазиран; 91x46 mm, 75 ml.
Ставка 3: Порцулански аван са тучком, глазиран; 100x50 mm, 110 ml.
Ставка 4: Порцулански аван са тучком, глазиран; 125x64 mm, 220 ml.
Ставка 8: Порцуланску шољу са равним дном; ϕ 80 mm, $V \approx 70-80$ ml.
Ставка 9: Порцуланску посуду са упаравање, О.Д.; 82x32 mm, 75 ml.
Ставка 10: Порцуланску посуду са упаравање, О.Д.; 103x45 mm/ 190 ml.
Ставка 11: Порцуланску посуду са упаравање, Р.Д.; 77x33 mm/72 ml.
Ставка 16: Порцуланску шољу; ϕ 100 mm.

На основу наведеног, поменуте ставке остају непромењене.

МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНИ ОДГОВОР И ДА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА ИСТИМ.

За тендерску комисију


Зорица Стојановић Радић