



Број: 1114/1-01

Датум: 31.10.2016.

### ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 28.10.2016. године, потенцијални понуђач нам је поставио питање везано за поступак јавне набавке МД-06/016 - набавка лабораторијске опреме за потребе Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.

#### Питање потенцијалног понуђача:

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде, а у складу са захтевима Ваше тендерске документације за набавку МД-06/016, одговорите на следеће питање:

У конкурсној документацији, за партију 4 позиција 4 сте навели: Дигитални дисплеј температуре од 50 до 300°C.


Да ли је прихватљиво понудити магнетну мешалицу са дигиталним дисплејем и температурним опсегом: од собне температуре до 280°C?

#### Одговор:

Одговор на слично питање Природно-математички факултет је дао дана 28.10.2016. заведен под бројем 1104/1-01. Температурни опсег за магнетну мешалицу је у техничкој спецификацији првобитно постављен од 50°C до 300°C, да би се горе поменути обавештењем потенцијалним понуђачима омогућило да понуде магнетну мешалицу са температурним опсегом од амбијенталне temperature до 550°C. С тим у вези, није прихватљиво понудити уређај чији је температурни опсег од собне до 280°C, јер та температура као највиша не одговара нашим потребама.

**МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ДА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА ИСТИМ.**

За тендерску комисију

  
Зорица Стојановић-Радић