



Број: 1219 | 1-01

## ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

Датум: 21. 11. 2016.

Дана 18.11.2016. године, потенцијални понуђач нам је поставио питање везано за поступак јавне набавке МД-08/016 - набавка лабораторијске опреме за потребе Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.

### Питање потенцијалног понуђача:


У конкурсној документацији наручилац као захтев наводи капацитет мешања 5 литара и температурни опсег од амбијенталне до 300 °С. Да ли је прихватљиво понудити магнетну мешалицу која има капацитет мешања 20 литара и температурни опсег од амбијенталне до 370 °С? Молимо узмите у обзир да су понуђене карактеристике боље од тражених у конкурсној документацији.

### Одговор:

Обавештавамо вас да је неопходно поштовати одредбе дате у конкурсној документацији, те је стога неопходно понудити магнетну мешалицу са тачним карактеристикама траженим у техничкој спецификацији.

**МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНИ ОДГОВОР И ДА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА ИСТИМ.**

За тендерску комисију

  
.....  
Зорица Стојановић-Радић