



ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Број: 1204/1-01

Датум: 14.12.2017.
Н И Ш

Поштовани,

Дана 12.12.2017. потенцијални понуђачи поставили су питања везана за **партију 1 (UV/VIS спектрофотометар), партију 2 (Грејна тела) и партију 3 (Микроплејт читач - Елиза читач)** јавне набавке број **МД-07/017**. Комисија доставља **одговоре на питања и појашњења техничке спецификације** у конкурсној документацији коју сте преузели за учешће у јавној набавци за набавку лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу, број **МД-07/017**.

Питање потенцијалног понуђача:

Према вашем позиву за јавну набавку ЈН МД-07/017, молимо вас да нам одговорите на следећа питања:

Партија 2 - Грејна тела

Позиција 1 - тражено је грејно тело за балон од 100 ml, снаге 100 W. Да ли је прихватљиво понудити грејно тело од 80 W? Остале карактеристике понуђеногрејног тела одговарају карактеристикама траженим у конкурсној документацији.

Позиција 2 - тражено је грејно тело за балон од 250 ml, снаге 150 W. Да ли је прихватљиво понудити грејно тело од 140 W? Остале карактеристике понуђеног грејног тела одговарају карактеристикама траженим у конкурсној документацији.

Позиција 3 - тражено је грејно тело за балон од 500 ml, снаге 250 W. Да ли је прихватљиво понудити грејно тело од 240 W? Остале карактеристике понуђеног грејног тела одговарају карактеристикама траженим у конкурсној документацији.

Одговор:

Обавештавамо вас да за позицију 1, није прихватљиво понудити грејно тело снаге 80 W, с обзиром да је техничком спецификациоим захтеван минимум снаге од 100 W.

Обавештавамо вас да за позицију 2, није прихватљиво понудити грејно тело снаге 140 W, с обзиром да је техничком спецификациоим захтеван минимум снаге од 150 W.

Обавештавамо вас да за позицију 3, није прихватљиво понудити грејно тело снаге 240 W, с обзиром да је техничком спецификациоим захтеван минимум снаге од 250 W.



Питање потенцијалног понуђача:

Како сте у документацији навели да је понуђач обавезан да достави доказ (копију сертификата) да је сервисер наведене опреме коју нуди, молимо вас за следеће појашњење. Да ли је неопходно доставити сертификат сервисера издат од стране произвођача опреме и ауторизацију произвођача издату на име понуђача?

Одговор:

Понуђач није у обавези да достави сертификат сервисера издат од стране произвођача нити ауторизацију произвођача издату на име понуђача. Као што је наведено у конкурсној документацији, понуђач је, за партију 1 и партију 3, у обавези да уз понуду достави копију сертификата да је сервисер опреме коју нуди или копију уговора (или неки други доказ) којим доказује да постоји пословни однос између понуђача и сертификованог сервисера опреме, односно да је понуђач овластио неки регистровани сервис који има запосленог сертификованог сервисера, да у његово име и за његов рачун врши услуге сервисирања наведене опреме.

МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ДА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА ИСТИМ.

За тендерску комисију

Снежана Тошић