



ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

Број: 637 | 1-01

Датум: 05.6.2018.
Н И Ш

Поштовани,

Дана 04.06.2018. године, потенцијални понуђач нам је поставио питање везано за партију 7 (ситни делови за HPLC) у поступку јавне набавке МД-04/018 - набавка лабораторијског материјала за потребе Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.

Питање понуђача:

Питање: Да ли се мисли на материјал филтера Celulose Acetate или Regenerated Celulose? Замолила бих Вас да дефинишете јер је у тендерској документацији написано Agilent cellulose. За исту ставку питање, да ли је одговарајуће понудити pore size 0,22 μm ?

Одговор:

Потребно је понудити филтере за узорке од материјала Celulose Acetate са величином пора (pore size) од 0,2 μm . Није прихватљиво понудити величину пора 0,22 μm .

МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНИ ОДГОВОР И ДА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА ИСТИМ.

За тендерску комисију

.....
Андреа Жабар