



ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

Број: 734/1-01

Датум: 14.6.2019.
Н И Ш

Поштовани,

Дана 12.06.2019. и 13.06.2019. године, потенцијални понуђач нам је поставио питања у вези партије 10 (лабораторијски прибор за микробиологију) у поступку јавне набавке МД - 07/019 - набавка лабораторијског материјала за потребе Департмана за хемију и биологију Природно-математичког факултета у Нишу.

Питање понуђача:

Позиција број 19 - Kriotube 1,8 ml Sarstedt или одговарајуће. Молимо вас да наведете температуру на којој се чувају узроци.

Одговор:

Узорци се чувају на температури од - 20°C или на температури од - 80°C

Питање понуђача:

Позиција број 20 - Kutija за krioviale од 2 ml, са 100 места. Молимо вас да наведете материјал кутија (водоотпорни картон или пластика).

Одговор:

Кутија за криовиале од 2 ml са 100 места треба да буде од водоотпорног картона.

Питање понуђача:

Позиција број 29 - Pокровна plastika за mikroskopiju. Молимо вас да наведете тип и оквирне димензије.

Одговор:

Димензије покровне пластике су 24mm*30mm*0,2mm. Карактеристике покровне пластике: резистентна на раствараче, могућност аутоклавирања.

Питање понуђача:

Позиција број 30 - Spatula по Drigalskom (spreader). Молимо вас да наведете материјал (челик/стакло/пластика).



Одговор:

Spatula po Drigalskom (spreader) треба да буде од стакла.

Питање понуђача:

Позиција број 41 - Epruveta 10ml, polipropilen, PP, cilindrična, sanavoјnim čepom, mogućnost autoklaviranja. Молимо вас да наведете величину паковања.

Одговор:

Величина паковања је 1000 комада.

Питање понуђача:

Позиција број 44 - Epruveta 15ml, konusna, PP, sa navoјem na čepu, graduisana, sterilna, mogućnost centrifugiranja 5.000 RCF, temperatura max +121C. Молимо вас да наведете величину паковања.

Одговор:

Величина паковања је 150 комада.

Питање понуђача:

Позиција број 51 - Posuda za boјenje preparata, PVC spolj.dim 414x206x75mm, MARIENFELD <5630004>или odgovарајуће. Молимо вас да наведете количину.

Одговор:

Оквирна количина је 1 комад.

Питање понуђача:

Позиција број 54 - Čep za epruvete PVC Ø 13 mm. Молимо вас да наведете еквивалент или прецизируте врту запушача који вам треба - са навојем или без навоја и/или који тип навоја је у питању итд.

Одговор:

Čep za epruvete PVC Ø 13 mm треба да буде без навоја.



Питање понуђача:

Позија број 55 - Ћер за епрувете PVC Ø 18 mm. Молимо вас да наведете еквивалент или прецизирасте врту запушача који вам треба - са навојем или без навоја и/или који тип навоја је у питању итд.

Одговор:

Ћер за епрувете PVC Ø 18 mm треба да буде без навоја.

Питање понуђача:

Позија број 56 - Ћер за епрувете ALUØ 18 mm. Молимо вас да наведете еквивалент или прецизирасте врту запушача који вам треба - са навојем или без навоја и/или који тип навоја је у питању итд.

Одговор:

Ћер за епрувете ALUØ 18 mm треба да буде без навоја.

МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНЕ ОДГОВОРЕ И ДА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА ИСТИМ.

За тендерску комисију

.....*N. Jovanic*.....
проф. др Наташа Јоковић