



## ОБАВЕШТЕЊЕ

Број: 558 | 1-01

Датум: 17.5.2018.  
Н И Ш

Поштовани,

На основу питања потенцијалног понуђача везано за партију 2 (Лабораторијска сушница), и на основу провере на тржишту, Комисија вас обавештава о **измени техничке спецификације** за партију 2 (Лабораторијске сушница) у конкурсној документацији коју сте преузели за учешће на тендеру за набавку лабораторијске опреме коју је покренуо Природно-математички факултет у Нишу, број **МД-07/018**.

### Питање понуђача

Питање 1: Да ли је прихватљиво понудити лабораторијску сушницу од 180L температуре 250°C са принудном конвекцијом?

Питање 2: Молимо вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити лабораторијску сушницу, запремине 180L, која постиже температуру до 300°C?

### Одговор:

## 4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

### ПАРТИЈА 2

### ЛАБОРАТОРИЈСКА СУШНИЦА

Понуђач је у обавези да наведе цену по јединици мере без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а (количина \* цена по јединици мере), као и произвођача производа и модел производа.

Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведене податке неће бити разматране.

| Р. бр | Назив  | Ј.м. | Цена по ј.м. без ПДВ-а | КОЛ | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач и модел |
|-------|--|------|------------------------|-----|-----------------------|--------------------|
| 1.    | Лабораторијска сушница 150 L, до 280 °C, принудна конвекција | КОМ  |                        | 2   |                       |                    |



|                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|                       |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |

Додатни захтеви:

- уређај мора бити нов, фабрички запакован;
- понуда мора да укључује испоруку и инсталацију уређаја на адресу наручиоца;
- уз понуду треба да буду достављени сви технички докази (оригиналне спецификације, брошуре, упутства, шеме и слике произвођача опреме - дозвољено и на енглеском);
  - уз испоруку обавезно је достављање оригиналног упутства за употребу са преводом на српски или енглески језик;
  - понуђач је обавезан да достави доказ (копију сертификата) да је сервисер наведене опреме коју нуди. Уколико понуђач не поседује сервис за опрему коју нуди, потребно је да достави копију уговора или неки други доказ којим се доказује постојање пословног односа између понуђача и сертификованог сервисера, односно којим се доказује да је понуђач овластио неки регистровани сервис који има запосленог сертификованог сервисера, да у његово име и за његов рачун врши услуге сервисирања наведене опреме.
    - инсталација и обука морају да буду обезбеђени од стране сертификованог сервисера;
    - понуда мора да укључује обуку корисника у трајању од најмање 1 (једног) дана након извршене испоруке и инсталације уређаја;
    - понуђач је дужан да достави потврду од стране произвођача/овлашћеног дистрибутера о ауторизацији за дистрибуцију уређаја од стране произвођача/овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије, за све партије. Потврда може бити на енглеском језику.
    - понуђач је у обавези да достави доказ да је у последње три године од дана објављивања позива за јавну набавку (2015, 2016, 2017) продао и испоручио најмање 10 (десет) уређаја исте намене што се потврђује референтном листом, датом у конкурсној документацији (образац 9б);
      - изабрани понуђач ће бити у обавези да достави доказ о извршеним продајама и испорукама уређаја копијама фактура или неким другим доказом.

**мења се и гласи:**

#### 4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

##### ПАРТИЈА 2

##### ЛАБОРАТОРИЈСКА СУШНИЦА

Понуђач је у обавези да наведе цену по јединици мере без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а (количина \* цена по јединици мере), као и произвођача производа и модел производа.





Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведене податке неће бити разматране.

| Р. бр                 | Назив   | Ј.м. | Цена по ј.м. без ПДВ-а | кол | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач и модел |
|-----------------------|---|------|------------------------|-----|-----------------------|--------------------|
| 1.                    | Лабораторијска сушница - <b>минимално 150L, минимално 250°C</b> , принудна конвекција | КОМ  |                        | 2   |                       |                    |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а |   |      |                        |     |                       |                    |

**Додатни захтеви:**

- уређај мора бити нов, фабрички запакован;
- понуда мора да укључује испоруку и инсталацију уређаја на адресу наручиоца;
- уз понуду треба да буду достављени сви технички докази (оригиналне спецификације, брошуре, упутства, шеме и слике произвођача опреме - дозвољено и на енглеском);
- уз испоруку обавезно је достављање оригиналног упутства за употребу са преводом на српски или енглески језик;
- понуђач је обавезан да достави доказ (копију сертификата) да је сервисер наведене опреме коју нуди. Уколико понуђач не поседује сервис за опрему коју нуди, потребно је да достави копију уговора или неки други доказ којим се доказује постојање пословног односа између понуђача и сертификованог сервисера, односно којим се доказује да је понуђач овластио неки регистровани сервис који има запосленог сертификованог сервисера, да у његово име и за његов рачун врши услуге сервисирања наведене опреме.
- инсталација и обука морају да буду обезбеђени од стране сертификованог сервисера;
- понуда мора да укључује обуку корисника у трајању од најмање 1 (једног) дана након извршене испоруке и инсталације уређаја;
- понуђач је дужан да достави потврду од стране произвођача/овлашћеног дистрибутера о ауторизацији за дистрибуцију уређаја од стране произвођача/овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије, за све партије. Потврда може бити на енглеском језику.
- понуђач је у обавези да достави доказ да је у последње три године од дана објављивања позива за јавну набавку (2015, 2016, 2017) продао и испоручио најмање 10 (десет) уређаја исте намене што се потврђује референтном листом, датом у конкурсној документацији (образац 9б);
- изабрани понуђач ће бити у обавези да достави доказ о извршеним продајама и испорукама уређаја копијама фактура или неким другим доказом.



Имајући у виду да због наведених измена техничке спецификације може доћи до проблема у благовременом достављању конкурсне документације до рока који је наведен у конкурсној документацији (**24.05.2018.године**), Комисија за јавну набавку мале вредности бр. **МД-07/018** је одлучила да продужи рок за доставу конкурсне документације.

**Рок за доставу конкурсне документације се продужује до 25.05.2018. године. Имајући у виду наведено, благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Природно-математички факултет – Ниш, Вишеградска 33, најкасније 25.05.2018. године до 12 часова.**

**МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНЕ ИЗМЕНЕ И ПОЈАШЊЕЊА ТЕХНИЧЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ОБАВЕШТЕЊЕМ.**

За тендерску комисију

проф. др Горан Петровић