



Број: 652/1-01

Датум: 06.6.2018.
Н И Ш

Поштовани,

На основу питања потенцијалних понуђача и учених пропуста везаних за **партију 1** (стаклено лабораторијско посуђе и прибор), и на основу провере на тржишту, Комисија вас обавештава о **измени техничке спецификације** и доставља **одговоре на питања и појашњења техничке спецификације** у конкурсној документацији коју сте преузели за учешће на тендеру за сукцесивну набавку лабораторијског материјала за потебе вежби и истраживања Департмана за хемију и биологију коју је покренуо Природно-математички факултет у Нишу, број **МД-04/018**.

Партија 1

Ставка 17

Bireta po Schellbah-u, svetla, kosa PTFE slavina, A-klasa, 0,1; 50 ml; количина 1

мења се и гласи:

Bireta po Schellbah-u, svetla, **prava** PTFE slavina, A-klasa, 0,1; 50 ml; количина 1

Ставка 18 и 19

Питање: Да ли се могу понудити боце капалице 60 ml?

Одговор: Неопходно је понудити Боце капалице са пипетом, светле (ставка 18) и тамне (ставка 19) од 50 ml. Није прихватљиво понудити боце капалице запремине 60 ml.

Ставка 20, 21 и 23

Питање: Да ли се може понудити NŠ 14/23 уместо 19/26, ако не, молим вас да наведете произвођача?

Одговор:

Ставка 20

Voca reagens, U.G. svetla, NŠ 19/26, sa staklenim čerom; 50 ml; количина 20

мења се и гласи:

Voca reagens, U.G. svetla, NŠ 19/26 **ili 14/23**, sa staklenim čerom; 50 ml; количина 20

Ставка 21

Voca reagens, U.G., svetla, NŠ 19/26, sa staklenim čerom; 100 ml; количина 40

мења се и гласи:

Voca reagens, U.G., svetla, NŠ 19/26 **ili 14/23**, sa staklenim čerom; 100 ml; количина 40

Ставка 23

Voca reagens, U.G., tamna, NŠ 19/26, sa staklenim čerom, 100 ml; количина 30

мења се и гласи:



Boca reagens, U.G., tamna, NŠ 19/26 **или 14/23**, sa staklenim čerom, 100 ml; количина 30

Ставка 98

Питање: Да ли је могуће понудити NŠ 19/26 будући да у каталозима произвођача нема NŠ 14/23?

Одговор:

Normalni sud, PP čer, NŠ 14/23; 500 ml; количина 5

мења се и гласи:

Normalni sud, PP čer, NŠ 14/23 **или 19/26**; 500 ml; количина 5

Партија 10

Ставке 5, 6 и 7

Питање: Под тачком 5, 6 и 7 захтевате да стакла буду одвојена листићима. Да ли је прихватљиво да понудимо стакла која нису одвојена листићима?

Одговор:

Ставка 5: Predmetna stakla debljina 1 mm, dimenzije 76×26mm, ivice sečene pod uglom 90°, odvojena listićima; kut.(50 kom.); количина 30

мења се и гласи:

Predmetna stakla debljina 1 mm, dimenzije 76×26mm, ivice sečene pod uglom 90°; kut.(50 kom.); количина 30

Ставка 6: Predmetna stakla, debljine 1mm, dimenzije 76×26mm, sa brušenim ivicama pod uglom od 45°, odvojena listićima; kut.(50 kom.); количина 30

мења се и гласи:

Predmetna stakla, debljine 1mm, dimenzije 76×26mm, sa brušenim ivicama pod uglom od 45°; kut.(50 kom.); количина 30

Ставка 7: Predmetna stakla matirana sa jedne strane, debljine 1mm, dimenzija 76×26mm, odvojena listićima, ivice brušene pod uglom od 45°; kut. (50 kom.); количина 30

мења се и гласи:

Predmetna stakla matirana sa jedne strane, debljine 1mm, dimenzija 76×26mm, ivice brušene pod uglom od 45°; kut. (50 kom.); количина 30

Напомена: Молимо вас да конкурсну документацију коју сте преузели за јавну набавку МД-04/018 исправите у делу који је измењен, у партији 1 и партији 10, како бисмо са сигурношћу знали да сте уважили наведену измену.




Имајући у виду да због наведених измена техничке спецификације може доћи до проблема у благовременом достављању конкурсне документације до рока који је наведен у конкурсној документацији (**11.06.2018. године**), Комисија за јавну набавку мале вредности бр. **МД-04/018** је одлучила да продужи рок за доставу конкурсне документације.

Имајући у виду наведено, благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Природно-математички факултет - Ниш, Вишеградска 33, најкасније **12.06.2018. године до 11 часова**.

МОЛИМО ВАС ДА УВАЖИТЕ НАВЕДЕНУ ИЗМЕНУ И ПОСТУПИТЕ У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ОБАВЕШТЕЊЕМ.

За тендерску комисију


.....
др Марија Генчић